

USP CLASS VI + ISO 10993

LAURAMID® FPM

Lauramid® FPM wurde nach USP Class VI + ISO 10993 getestet. Die Tests an Lauramid® FPM wurden von einem unabhängigen Institut durchgeführt. Folgende Ergebnisse hat Lauramid® FPM dabei erreicht:

| | |
|-------------------------------|---|
| USP Plastic Class VI – 121 °C | Einstufung: entspricht den Anforderungen |
| ISO 10993-6: 2016 | Einstufung: lokal sicher |
| ISO 10993-10: 2010 | Einstufung: nicht reizend |
| ISO 10993-11: 2017 | Einstufung: keine akuten systemischen toxischen Eigenschaften |

Albert Handtmann Elteka GmbH & Co. KG

Marco Baisch B.Sc.
Hubertus-Liebrecht-Straße 21
88400 Biberach
Deutschland
Tel.: +49 7351 342-7136
Fax: +49 7351 342-7159
marco.baisch@handtmann.de

www.handtmann.de/Kunststofftechnik